



## HD 8704


TERMOMETRO DIGITALE MULTIFUNZIONE A MICROPROCESSORE  
MULTIFUNCTION DIGITAL MICROPROCESSOR THERMOMETER  
INDICATEUR DE TEMPERATURE DIGITAL MULTIFONCTIONS AVEC MICROPROCESSEUR  
DIGITALES MULTIFUNKTIONSTHERMOMETER MIT MIKROPROZESSOR  
TERMOMETRO DIGITAL MULTIFUNCION CON MICROPROCESADOR



HD 8704



- 1 - Presa ingresso A.
- 2 - Display.
- 3 - Simbolo ☐.
- 4 - Simbolo HOLD.
- 5 - Simbolo REL.
- 6 - Simbolo RCD. Indica che lo strumento sta memorizzando i dati dei due ingressi.
- 7 - Simbolo MAX. Il valore indicato sul display è il valore MAX memorizzato sull'ingresso selezionato.
- 8 - Simbolo MIN. Il valore indicato sul display è il valore MIN memorizzato sull'ingresso selezionato.
- 9 - Pulsante per selezionare la lettura in °C o °F.
- 10 - Pulsante HOLD serve per bloccare la lettura, lo strumento internamente continua ad aggiornare i dati.
- 11 - Pulsante REL. Premendo questo pulsante esegue la misura relativa rispetto al valore di quando è stato premuto il pulsante REL.
- 12 - Pulsante A. Seleziona l'ingresso A.
- 13 - Presa ingresso B.
- 14 - Simbolo indicante la lettura in °C o °F.
- 15 - Simbolo indicante che è stato selezionato l'ingresso B.
- 16 - Simbolo indicante la differenza fra gli ingressi A e B.
- 17 - Simbolo indicante che è stato selezionato l'ingresso A.
- 18 - Pulsante per accendere o spegnere lo strumento.
- 19 - DATA CALL. Premendo questo pulsante in sequenza sul display si richiama il valore MAX, MIN e aggiornato (attuale) dell'ingresso selezionato.
- 20 - REC. Premendo questo pulsante predispongo lo strumento a memorizzare il MAX ed il MIN rilevati dalle sonde connesse ai 2 ingressi.
- 21 - Seleziona l'ingresso B.
- 22 - Seleziona la differenza di valore fra gli ingressi A e B.



HD 8704



- 1 - A-input connector.
- 2 - Display.
- 3 - ☐ symbol.
- 4 - HOLD status display.
- 5 - REL symbol.
- 6 - RCD display. Indicates that the instrument is storing data at the two inputs.
- 7 - MAX symbol. The value indicated on the display is the MAX value stored at the input selected.
- 8 - MIN symbol. The value indicated on the display is the MIN value stored at the input selected.
- 9 - Key for selecting readings in °C or °F.
- 10 - Display HOLD key. Blocks the reading while internally the instrument continues updating data.
- 11 - REL key. When this key is pressed the relative measurement is taken with respect to the moment in which the REL key was pressed.
- 12 - Selects input A.
- 13 - B-input connector.
- 14 - Symbol indicating readings in °C or °F.
- 15 - Input B selection symbol.
- 16 - Difference between input A and B.
- 17 - Input A selection symbol.
- 18 - Power ON/OFF key.
- 19 - DATA CALL. When this key is pressed the display shows in sequence the MAX, MIN and present value of the selected input.
- 20 - REC. When pressed, the instrument stores the MAX and MIN value recorded by the probes connected to the two inputs.
- 21 - Selects input B.
- 22 - Selects the difference in value between inputs A and B.

HD 8704



- 1 - Prise entrée A.
- 2 - Afficheur.
- 3 - Symbole ☐.
- 4 - Indication status HOLD.
- 5 - Symbole REL.
- 6 - Symbole RCD (Enregistrement). Signalisation de mémorisation des données des deux entrées.
- 7 - Symbole MAX. La valeur affichée correspond à la valeur MAXI mémorisée en entrée.
- 8 - Symbole MIN. La valeur affichée correspond à la valeur MINI mémorisée en entrée.
- 9 - Touche de sélection de la mesure en °C ou en °F.
- 10 - Touche HOLD: elle sert à bloquer la lecture, alors que l'instrument continue la mise à jour des données à l'intérieur.
- 11 - Touche REL (mesure relative). La pression sur cette touche l'exécution de la mesure relative de la valeur présente aussitôt la touche REL pressée.
- 12 - Touche A. Sélectionne l'entrée A.
- 13 - Prise entrée B.
- 14 - Symbole représentant la sélection de la mesure en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit.
- 15 - Symbole représentant la sélection de l'entrée B.
- 16 - Différence de valeur entre les entrées A et B.
- 17 - Symbole représentant la sélection de l'entrée A.
- 18 - Touche de mise sous tension ou d'extinction de l'appareil.
- 19 - DATA CALL (rappel des données). La pression sur cette touche rappelle tour à tour sur l'afficheur, la valeur mémorisée maximum, minimum et mise à jour (actuelle) de l'entrée sélectionnée.
- 20 - REC (enregistrement). La pression sur cette touche programme l'instrument pour la mémorisation de la valeur maximale et de celle minimale mesurée par les sondes connectées aux deux entrées.
- 21 - Sélectionne l'entrée B.
- 22 - Sélectionne la différence de valeur entre les entrées A et B.

HD 8704



- 1 - Steckbuchse für Sondeneingang A.
- 2 - Anzeige.
- 3 - Zeichen ☐.
- 4 - Daueranzeige.
- 5 - Zeichen REL.
- 6 - Symbol RCD. Zeigt an, daß das Gerät die Eingabedaten speichert.
- 7 - Symbol MAX. Der vom Display angezeigte Wert ist der gespeicherte Maximalwerte des Einganges.
- 8 - Symbol MIN. Der vom Display angezeigte Wert ist der gespeicherte Minimalwerte des Einganges.
- 9 - Taste für die Anwahl des Anzeigebereiches in °C oder °F.
- 10 - Taste HOLD für das Einfrieren der Anzeige, das Gerät fährt mit der Datenaktualisierung fort.
- 11 - Taste REL. Bei drücken dieser Taste wird fortlaufend eine laufende Messung bezüglich des relativen Nullwertes durchgeführt.
- 12 - Taste zur Wahl dem Eingang A.
- 13 - Steckbuchse für Eingang B.
- 14 - Symbol für den Anzeigebereich in °C oder °F.
- 15 - Symbol für die erfolgte Anwahl des Einganges B.
- 16 - Differenz zwischen den Eingängen A und B.
- 17 - Symbol für die erfolgte Anwahl des Einganges A.
- 18 - Ein/Aus. Taste des Gerätes.
- 19 - DATA CALL. Bei Drücken dieser Taste werden auf dem Display nacheinander der gespeicherte Wert MAX, MIN und der aktualisierte Wert des angewählten Einganges aufgeführt.
- 20 - REC. Bei Drücken dieser Taste speichert das Gerät den Wert MAX und MIN, die von den Sonden der beiden Eingänge erfaßt wurden.
- 21 - Wählt den Eingang B an.
- 22 - Wählt die Differenzmessung zwischen den Eingängen A und B.

HD 8704



- 1 - Conector entrada sonda A.
- 2 - Indicador.
- 3 - Símbolo ☐.
- 4 - Símbolo HOLD.
- 5 - Símbolo REL.
- 6 - Símbolo RCD. Indica que el instrumento esta memorizando los datos de ambos ingresos.
- 7 - Símbolo MAX. El valor indicado en el display es el valor MAX memorizado correspondiente al ingreso seleccionado.
- 8 - Símbolo MIN. El valor indicado en el display es el valor MIN memorizado correspondiente al ingreso seleccionado.
- 9 - Tecla para seleccionar la lectura en °C/°F.
- 10 - Tecla HOLD. Sirve para mantener fija la lectura. El instrumento internamente continua a actualizar los datos.
- 11 - Tecla REL. Apretando esta tecla se efectua la medición relativa respecto al valor medido al momento de apretar la tecla REL.
- 12 - Tecla A. Selecciona el ingreso A.
- 13 - Conector ingreso sonda B.
- 14 - Símbolo indicador de lectura en °C o °F.
- 15 - Símbolo que indica que ha sido seleccionado el ingreso B.
- 16 - Diferencia entre los ingresos A y B.
- 17 - Símbolo que indica que ha sido seleccionado el ingreso A.
- 18 - Tecla par encender or apagar el instrumento.
- 19 - DATA CALL. Apretando esta tecla, en secuencia, en el display se visualiza el valor memorizado MAX, MIN y el corriente (actualizado) del ingreso seleccionado.
- 20 - REC. Apretando esta tecla se predispono el instrumento para memorizar el valor MAX y el valor MIN relevados por las sondas conectadas en los ingresos.
- 21 - Selecciona el ingreso B.
- 22 - Selecciona la diferencia de valor entre el ingreso A y el B.

## TERMOMETRO DIGITALE MULTIFUNZIONE A MICROPROCESSORE



È uno strumento facile da usare.  
Esegue misure su due canali.  
Misure differenziali.  
Misure relative.  
Memorizza il massimo ed il minimo.  
Termocoppia tipo K.  
Campo di misura -200... +1370°C  
-328... +1999°F

Nell'HD 8704 è stato inserito un microprocessore per creare uno strumento intelligente, preciso, sicuro, ottenendo funzioni tipo "Auto Power Off", "Autorange", Misure relative, "REL", registrazione MAX/MIN "REC", "HOLD" misura, Beep per segnalare acusticamente l'attivazione di un tasto, segnalazione di batteria scarica mediante un Beep ad intervalli di circa 30 secondi.

L'HD 8704 si presta ad essere impiegato nei più svariati settori come:

- Refrigerazione
- Riscaldamento
- Condizionamento
- Laboratorio
- Ricerca e Sviluppo
- Industria meccanica
- Industria chimica
- Industria tessile
- Agricoltura/Alimentazione

Esempio di registrazione del MAX. e del MIN.  
MIN and MAX recording example  
Exemple de mémorisation MAX/MIN  
Beispiel für Maximum und Minimumaufzeichnung.  
Ejemplo de medida de los valores máximo y mínimo.

Accensione  
ON  
Allumage  
Einschalten  
Conexión de la función



Inizio registrazione  
Start recording  
Début de la mémorisation  
Aufzeichnungsbeginn  
Inicio de la medida



Fine registrazione  
End recording  
Fin de la mémorisation  
Aufzeichnungsende  
Fin de la medida



Lettura MAX  
MAX reading  
Valeur MAX  
MAX - Anzeige  
Lectura del valor MAX



Lettura MIN  
MIN reading  
Valeur MIN  
MIN - Anzeige  
Lectura del valor MIN



Lettura attuale  
Present reading  
Valeur mesurée  
Momentanwert  
Lectura del valor actual



## MULTIFUNCTION DIGITAL MICROPROCESSOR THERMOMETER



Simple to use  
Measurements on two channels  
Differential measurements  
Relative measurements  
MIN and MAX recording  
Thermocouple type K.  
Range -200... +1370°C  
-328... +1999°F

A microprocessor has been inserted in the HD 8704 to create an intelligent, precise and reliable instruments to obtain functions such as "Auto Power Off", "Autorange", relative measurement, "REL", MAX/MIN recording, "REC" "HOLD" measure, acoustic signal (BEEP) after pressing a key, low battery signal (BEEP) every 30 seconds.

The HD 8704 can be used in many different application fields:

- Refrigeration
- Heating
- Air-conditioning
- Laboratory
- Research/Development
- Mechanical industry
- Chemical industry
- Textile industry
- Agriculture/Food processing

## INDICATEUR DE TEMPERATURE DIGITAL MULTIFONCTIONS AVEC MICROPROCESSEUR



C'est un instrument facile à utiliser.  
Sélection des mesures sur deux canaux.  
Valeurs différentielles.  
Valeurs relatives.  
Mémorisation MIN/MAX.  
Thermocouple type K.  
Domaine de mesure -200... +1370°C  
-328... +1999°F

Dans l'HD 8704 on a inséré un microprocesseur pour créer un instrument intelligent, précis, fiable pour des fonctions telles que, "Auto Power Off", "Autorange", mesures relatives, "REL", mémorisation MAX/MIN "REC", "HOLD"; BEEP pour signaler acoustiquement l'actionnement d'une touche, indication de pile déchargée à travers un BEEP par intervalles de 30 secondes.

L'HD 8704 peut être utilisé dans différents domaines:

- Refroidissement
- Chauffage
- Climatisation
- Laboratoire
- Recherche et développement
- Industrie mécanique
- Industrie chimique
- Industrie textile
- Agriculture/Alimentation

## DIGITALES MULTIFUNKTIONSTHERMOMETER MIT MIKROPROZESSOR



Einfache Bedienung.  
Mißt auf zwei Kanälen.  
Differenzmessungen.  
Relativmessungen.  
Maximum und Minimumspeicher.  
Thermoelemente Type K.  
Meßbereich -200... +1370°C  
-328... +1999°F

Im HD 8704 sorgt ein Mikroprozessor für sichere und genaue Messungen mit Funktionen wie: "Auto Power Off", "Automatische Bereichswahl", "Relativmessungen (REL)", MAX/MIN Aufzeichnung (RCD), Display - "HOLD", BEEP für akustische Tastenquittierung, Warnung bei entladener Batterie durch ein Beep im Abstand von 30 Sek.

Das HD 8704 kann in den verschiedensten Branchen eingesetzt werden.

- Kühlung
- Heizungsanlagen
- Klimaanlage
- Labor
- Forschung und Entwicklung
- Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Bekleidungsindustrie
- Landwirtschaft

## TERMOMETRO DIGITAL MULTIFUNCIÓN CON MICROPROCESADOR



- Es un instrumento fácil de utilizar.  
- Dos entradas de medida.  
- Medida diferencial.  
- Medida del valor relativo.  
- Memoria para los valores máximo y mínimo  
- Termopar tipo K.  
- Escala -200... +1370°C  
-328... +1999°F

El HD 8704 incluye un microprocesador para crear un instrumento inteligente, de precisión, de seguridad y con funciones de "Desconexión automática", "Cambio automático de escala", "Medida del valor relativo (REL)", "Medida de los valores máximo y mínimo (REC MAX/MIN)", "Retención del valor medido (HOLD)", alarma sonora para indicar que se ha pulsado una tecla, señalización de pila descargada mediante alarma intermitente que suena cada 30 segundos aprox.

Se puede utilizar el HD 8704 en los sectores más variados como:

- Refrigeración
- Calentamiento
- Aire acondicionado
- Laboratorio
- Investigación y desarrollo
- Industria mecánica
- Industria química
- Industria textil
- Agricultura/Alimentación

CE CONFORMITY	
Safety	EN61000-4-2, EN61010-1 level 3
Electrostatic discharge	EN61000-4-2 level 3
Electric fast transients	EN61000-4-4 level 3
Voltage variations	EN61000-4-11
Electromagnetic interference susceptibility	IEC1000-4-3
Electromagnetic interference emission	EN55020 class B



## DATI TECNICI



<b>N. INGRESSI</b>	2 termocoppie tipo K.
<b>CAMPO DI MISURA</b> (solo strumento)	-200°C (-328°F).....+1372°C (1999°F).
<b>RISOLUZIONE</b>	≤ +199,9°C (199,9°F): 0,1°C (0,1°F) ≥ +200°C (200°F): 1°C (1°F).
<b>PRECISIONE</b> (solo strumento)	Da 0..+199,9°C (199,9°F) ±0,1% della lettura ±0,4°C (0,7°F) Da 200°C (200°F) a fondo scala, oppure da -0,1°C (31,8°F) a -200°C (-328°F) ±0,2% della lettura +1°C (1,8°F) (temperatura ambiente 25°C ±5°C).
<b>COEFFICIENTE DI TEMPERATURA</b>	±0,01% della lettura +0,01°C (0,02°F)/°C.
<b>FREQUENZA DI CONVERSIONE</b>	Ca. 1 sec./conversione.
<b>FUNZIONI</b>	Cambio scala automatica. HOLD, registrazione MAX/MIN, misure relative.
<b>DISPLAY</b>	LCD 3½ digit, altezza cifre 12,5 mm, simboli HOLD, RCD, REL, MAX, MIN, °C, °F, A, B, A-B.
<b>TEMPERATURA DI LAVORO E CAMPO DI UMIDITÀ</b>	0÷50°C, 0÷90% U.R.
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Batteria da 9V IEC 6LF22.
<b>DURATA BATTERIA</b>	Servizio continuo 100 ore con batteria alcalina.
<b>PESO</b>	Approssimativamente: 280 gr. solo strumento; 1250 gr. con valigetta.
<b>DIMENSIONI</b>	Approssimativamente: strumento: 210x73x38 mm.; valigetta tipo 24 ore: 450x300x100 mm.
<b>COLLEGAMENTO SONDE</b>	2 prese miniatura per termocoppia K (polarizzato).
<b>ACCESSORI</b>	Batteria 9V, manuale di istruzioni, valigetta di trasporto.
<b>OPTIONAL</b>	Sonde di forma ed impiego diverse.

## TECHNICAL DATA



<b>No. INPUTS</b>	2 type K thermocouples.
<b>MEASURING RANGE</b> (instrument only)	-200°C (-328°F).....+1372°C (1999°F).
<b>RESOLUTION</b>	≤ +199,9°C (199,9°F): 0,1°C (0,1°F) ≥ +200°C (200°F): 1°C (1°F).
<b>PRECISION</b> (instrument only)	From 0 to +199,9°C (199,9°F) ±0,1% of reading ±0,4°C (0,7°F) From 200°C (200°F) to full-scale value or from -0,1°C (31,8°F) to -200°C (-328°F) ±0,2% of reading +1°C (1,8°F) (environment temperature 25°C ±5°C).
<b>TEMPERATURE COEFFICIENT</b>	±0,01% of reading +0,01°C (0,02°F)/°C.
<b>CONVERSION FREQUENCY</b>	Approx. 1 sec./conversion.
<b>FUNCTIONS</b>	Automatic change of scale, HOLD display, MAX/MIN recording, relative measurements.
<b>DISPLAY</b>	LCD 3½ digit, figure height 12,5 mm, symbols HOLD, RCD, REL, MAX, MIN, °C, °F, A, B, A-B.
<b>WORKING TEMPERATURE AND HUMIDITY RANGE</b>	0 to 50°C, 0 to 90% R.H.
<b>POWER SUPPLY</b>	9V battery, IEC 6LF22.
<b>BATTERY DURATION</b>	100 hours continuous duty with an alkaline battery.
<b>WEIGHT</b>	Approximately: 280 gr. instrument alone; 1250 gr. with case.
<b>DIMENSIONS</b>	Approximately: instrument: 210x73x38 mm. carrying case: 450x300x100 mm.
<b>PROBE CONNECTION</b>	2 miniature sockets for K-type thermocouple (polarized).
<b>ACCESSORIES</b>	9V battery, instructions manual, carrying case.
<b>OPTIONAL</b>	Probes with different shape and use.

## FICHE TECHNIQUE



<b>N° D'ENTREES</b>	Deux thermocouples du type K.
<b>DOMAINE DE MESURE</b> (instr. seulement)	-200°C (-328°F).....+1372°C (1999°F).
<b>RESOLUTION</b>	≤ +199,9°C (199,9°F): 0,1°C (0,1°F) ≥ +200°C (200°F): 1°C (1°F).
<b>PRECISION</b> (instr. seulement)	De 0..+199,9°C (199,9°F) ±0,1% de la plage de lecture ±0,4°C (0,7°F) De 200°C (200°F) au fond de l'échelle ou de -0,1°C (31,8°F) à -200°C (-328°F) ±0,2% de la plage de lecture +1°C (1,8°F) (température ambiante 25°C ±5°C).
<b>COEFFICIENT DE TEMPERATURE</b>	±0,01% de la plage de lecture +0,01°C (0,02°F)/°C.
<b>FREQUENCE DE CONVERSION</b>	Environ une seconde par conversion.
<b>FONCTIONS</b>	Changement d'échelle automatique; HOLD, enregistrement MAX/MIN, valeurs relatives.
<b>AFFICHEUR</b>	LCD 3½ Digits, hauteur chiffres 12,5 mm, symboles touches HOLD, RCD, REL, MAX, MIN, °C, °F, A, B, A-B.
<b>TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT ET DOMAINE D'HUMIDITE</b>	0÷50°C, 0÷90% R.H.
<b>ALIMENTATION</b>	Pile 9V, IEC 6LF22.
<b>DUREE DE LA BATTERIE</b>	Service continu 100 heures avec batterie alcaline.
<b>POIDS</b>	Environ: 280 g. seulement l'instrument; 1250 g. avec mallette.
<b>DIMENSIONS</b>	Environ: instrument: 210x73x38 mm.; mallette de transport: 450x300x100 mm.
<b>LIAISON SONDES</b>	2 prises miniatur par thermocouple K (polarisé).
<b>ACCESSOIRES</b>	Pile 9V, manuel d'instructions, mallette de transport.
<b>EN OPTION</b>	Sondes ayant d'autres formes et utilisation.

## TECHNISCHE DATEN



<b>EINGANG</b>	2 Fühler Type Thermoelement "K".
<b>MEßBEREICH</b> (nur Gerät)	-200°C (-328°F).....+1372°C (1999°F).
<b>AUFLÖSUNG</b>	≤ +199,9°C (199,9°F): 0,1°C (0,1°F) ≥ +200°C (200°F): 1°C (1°F).
<b>GENAUIGKEIT</b> (nur Gerät)	Von 0..+199,9°C (199,9°F) ±0,1% der Anzeige ±0,4°C (0,7°F) Von 200°C (200°F) bis Meßbereichsende, oder von -0,1°C (31,8°F) bis -200°C (-328°F) ±0,2% der Anzeige +1°C (1,8°F) (Meßbedingungen Umgebungstemperatur 25°C ±5°C).
<b>TEMPERATUR- KOEFFIZIENT</b>	±0,01% der Anzeige +0,01°C (0,02°F)/°C.
<b>WANDLUNGSRATE</b>	Ca. 1 Messung pro Sekunde.
<b>FUNKTIONEN</b>	Automatische Bereichsumschaltung, HOLD, MAX/MIN Messungen, Relativmessungen.
<b>ANZEIGE</b>	LCD 3½ digit Zahlenhöhe 12,5 mm, Symbole HOLD, RCD, REL, MAX, MIN, °C, °F, A, B, A-B.
<b>ARBEITSTEMPERATUR UND FEUCHTE</b>	0÷50°C, 0÷90% r.F.
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Zink/Kohle - Batterie 9V, IEC 6LF22.
<b>BATTERIELEBENS- DAUER</b>	ca. 100 Stunden mit alkaliner Batterie.
<b>GEWICHT</b>	ca.: 280 Gr. nur Gerät; 1250 Gr. Transportkoffer.
<b>ABMESSUNGEN</b>	ca.: nur Gerät: 210x73x38 mm.; Transportkoffer: 450x300x100 mm.
<b>FÜHLERANSCHLUß</b>	2 Miniaturbuchsen für Thermolemente "K" (gepolt).
<b>ZUBEHÖR</b>	Batterie 9V, Gebrauchsanleitung, Transportkoffer.
<b>OPTIONAL</b>	Fühler verschiedener Form und Anwendung.

## DATOS TECNICOS



<b>N° DE ENTRADAS</b>	2 termopares tipo "K".
<b>ESCALA</b> (del instr. solamente)	-200°C (-328°F).....+1372°C (1999°F).
<b>RESOLUCIÓN</b>	≤ +199,9°C (199,9°F): 0,1°C (0,1°F) ≥ +200°C (200°F): 1°C (1°F).
<b>PRECISIÓN</b> (del instrumento solamente)	0..+199,9°C (199,9°F) ±0,1% lectura ±0,4°C (0,7°F) 200°C (200°F) fondo de escala o -0,1°C (31,8°F) ... -200°C (-328°F) ±0,2% lectura +1°C (1,8°F) (temperatura ambiental 25°C ±5°C).
<b>COEFICIENTE DE TEMPERATURA</b>	±0,01% de la lectura +0,01°C (0,02°F)/°C.
<b>FRECUENCIA DE LA CONVERSIÓN</b>	1 seg./conversión.
<b>FUNCIONES</b>	Cambio de escala automático. HOLD medida de los valores MAX y MIN, medida de valores relativos.
<b>INDICADOR</b>	LCD 3½ dígitos, altura de los cifras 12,5 mm, sím- bolos HOLD, RCD, REL, MAX, MIN, °C, °F, A, B, A-B.
<b>TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTALES</b>	0÷50°C, 0÷90% HR.
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Pila 9V, IEC 6LF22.
<b>DURACIÓN DE LA PILA</b>	100 horas en funcionamiento continuo pila alcalina.
<b>PESO</b>	Aprox: 280 g. aprox. solo instrumento; 1250 g. maletín.
<b>DIMENSIONES</b>	Aprox.: solo instrumento: 210x73x38 mm; maletín: 450x300x100 mm.
<b>CONEXIÓN DE LA Sonda</b>	2 enchufes miniatura para Termopar K (polarizado).
<b>ACCESORIOS</b>	Pila de 9V, manual de instrucciones, maletín.
<b>OPCIONAL</b>	Sondas de forma y de empleo distinto.